

残留農薬試験用

フルオリミド標準品

Fluoroimide Standard



別名 :


化学名 : 2,3-Dichloro-*N*-4-fluorophenylmaleimide

性状 : 淡黄色結晶性粉末

分子式 : $C_{10}H_4Cl_2FNO_2$

分子量 : 260.05

構造式 :



<GC-FID 分析条件>

試料 : フルオリミド標準品

試料注入量 : 1.0 μ L (10 mg/mL アセトン溶液)


カラム : G-100

カラム温度 : 170 $^{\circ}$ C

注入口温度 : 220 $^{\circ}$ C

検出器温度 : 220 $^{\circ}$ C

キャリアーガス : ヘリウム 20 mL/min



関東化学株式会社

試薬事業本部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号

TEL : 03-6214-1090

HP : <https://www.kanto.co.jp>